

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № ААС.РТР.00316

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2024 (2 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей
среды Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории –
структурного подразделения Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ
«Западно-Сибирское УГМС»**

Кодовый № лаборатории: **K1225**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z(Z')-индекса*	Заключение
Наименование объекта: Вода природная				
A2-24B	Кадмий, мг/дм ³	0.003	Z = -0.85	Сигнал отсутствует
B2-24B/1	Анионные поверхностно- активные вещества, мг/дм ³	0.333	Z = 1.30	Сигнал отсутствует
B2-24B	ХПК, мг/дм ³ , мгО/дм ³	21.72	Z = 0.40	Сигнал отсутствует

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 026D89570093B1E98741012E5D64147BCC
Владелец: Васина Екатерина Владимировна
Действителен с 18.06.2024 по 18.09.25

Е.В. Васина

28.08.2024

Является приложением к отчету № ВОДА2-2024 от 28.08.2024, без отчета недействительно.