

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №
RA.RU.430287

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2025 (4 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей
среды Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории -
структурного подразделения Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ
"Западно-Сибирское УГМС"**

Кодовый № лаборатории: **K2135**

Шифр образца	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Шифр метода	Значение показателя z*	Заключение
Наименование объекта: Природные воды (поверхностные, подземные, морские)					
K4-25B/C	Сульфаты (сульфат-ионы), мг/дм ³	19.1	ТД	-0.43	Результат приемлемый
K4-25B/X	Хлориды (хлор-ионы), мг/дм ³	18.8	ТМ	-0.47	Результат приемлемый
Наименование объекта: Сточные воды					
B4-25B	Величина pH при 25°C, ед. pH	6.85	ПМ	-0.10	Результат приемлемый

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.В. Фалкина

Сертификат:
02B024A30091B37C844AD8F0E03F53ECA9
Владелец: Фалкина Екатерина Владимировна
Действителен: с 10.11.2025 по 10.02.2027

Является приложением к отчету № ВОДА4-2025 от 25.02.2026 г. , без отчета недействительно.