

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №
RA.RU.430287

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2025 (1 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей
среды Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ "Западно-Сибирское
УГМС"**

Кодовый № лаборатории: **K0415**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z-индекса*	Заключение
Наименование объекта: Природные воды (поверхностные, подземные, морские)				
K1-25В/Ан	Сульфаты (сульфат-ионы), мг/дм ³	35.2	-0.26	Сигнал отсутствует
K1-25В/Кц	Кальций (Са), мг/дм ³	3.95	-0.08	Сигнал отсутствует
K1-25В/ОЖ	Жесткость общая, °Ж	1.26	0.10	Сигнал отсутствует

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
026157BA0087B23CAB4CE6C48D2C4A3C8D
Владелец: Васина Екатерина Владимировна
Действителен: с 17.02.2025 по 17.05.2026

Е.В. Васина

22.05.2025

Является приложением к отчету № ВОДА1-2025 от 22.05.2025 г. , без отчета недействительно.